

strona internetowa Zamawiającego

dotyczy: zapytania ofertowego na Dostawa odczynników chemicznych.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zgłoszone pytania i jednocześnie modyfikuje treść *Zapytania ofertowego*

Pytanie 1:

poz. 1 Roztwór wodny stężenie 50% - taki roztwór ma zawartość 50%, natomiast Zamawiający napisał czystość min. 97 - co się wyklucza. Proszę o doprecyzowanie. Roztwór wodny jest oferowany w litrach, a nie kilogramach - proszę określić jakie opakowanie Zamawiający wymaga.

Odpowiedź 1:

Zamawiający precyzyjnie określił stężenie roztworu 50%. Czystość min. 97% oznacza dopuszczalny poziom zanieczyszczeń w całym roztworze max. 3%. Gęstość roztworu wynosi ok. 1,525 g/cm³. Zatem zamawiający wymaga opakowanie 30l (45 kg) roztworu.

Powyższe zapisy stanowią integralną część *Zapytania ofertowego* i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Z-CIA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Małgorzata Kajurek

STARSZY SPECJALISTA
Działu Zamówień Publicznych

mgr Magda Błaszczyńska

Z-CIA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Małgorzata Kajurek