

strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: zapytania ofertowego nr: ZO/ZWL/DO-120.263.050.2019

„Dostawa filtrów do SFE i akcesoriów do GC/MS na potrzeby Zamiejscowego Wydziału Leśnego w Hajnówce Politechniki Białostockiej”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiający przekazuje treść pytań do Zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami:


Pytanie Nr 1 dot. Cz. II

Proszę o uszczegółowienie poz. 3 dot. linerów GC/MS, split, straight, glasswool, non-deact 5 per pack. Do jakiego chromatografu gazowego potrzebują Państwo tych linerów (proszę o podanie producenta i numeru modelu)?

Odpowiedź Nr 1 dot. Cz. II

Zarówno liner jak i pozostałe akcesoria zawarte w Części II zamówienia tj. kolumna oraz ferrule – muszą być dostosowane do chromatografu gazowego Agilent 7890A

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Zapytania ofertowego i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Z-CA KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Małgorzata Kajurek