

Postępowanie nr: ZK-DA-262\_342-2019

Białystok, dn. 25.11.2019r.

## Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy.

1. Przedmiot zapytania (nazwa):

### Dostawa homogenizatora ultradźwiękowego – 1 kpl.

Zamawiający:

Politechnika Białostocka

15-351 Białystok, ul. Wiejska 45 A

REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

1. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

### Homogenizator ultradźwiękowy (np. UP200HT)– 1 kpl.

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Uniwersalny do pracy ręcznej lub na statywie, do objętości od 0.1 do 2000 ml <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Praca ręczna lub na statywie</li> <li>▪ Moc 200 W</li> <li>▪ Częstotliwość pracy 26 kHz</li> <li>▪ Automatyczne dostosowanie częstotliwości</li> <li>▪ Amplituda regulowana 20...100%</li> <li>▪ Wbudowany wzmacniacz wewnętrzny, amplituda na wyjściu 70 μm</li> <li>▪ Puls regulowany 0...100 %</li> <li>▪ Ochrona przed pracą na sucho</li> <li>▪ Dostawa w przenośnej walizeczce z uchwytem do statywu i akcesoriami montażowymi</li> <li>▪ Zasilanie 230 V</li> <li>▪ Przetwornik oraz generator ultradźwięków zintegrowane w jednej kompaktowej obudowie.</li> <li>▪ Kolorowy dotykowy wyświetlacz parametrów pracy, cyfrowe dotykowe sterowanie i kontrola.</li> <li>▪ Wbudowany port sieci LAN do podłączenia do komputera lub sieci komputerowej w celu zbierania danych i zdalnego sterowania.</li> <li>▪ Wbudowany port karty FLASH do 32GB danych rejestrowanych bez konieczności podłączenia do komputera. Łatwe przenoszenie danych na karcie do komputera w celu dalszej obróbki.</li> <li>▪ Wbudowany port na czujkę temperatury.</li> </ul>	1

	Bezpośredni pomiar w próbce podczas homogenizacji. Czujka może być zamocowana w sposób sztywny na homogenizatorze lub na elastycznym kablu.	
2.	Czujnik temperatury Pt100 z kablem 2m. Dwużyłowy, w obudowie ze stali nierdzewnej 1.4541, Ø 3mm, długość 150 mm, możliwość zginania i dopasowania do warunków pomiarowych. W zestawie z kablem elastycznym w izolacji silikonowej o długości 2m.	1
3.	Sonotroda tytanowa, S26d7 ø 7 mm, (42 mm <sup>2</sup> ) dł. 95 mm, objętość próbki 20...500 ml, autoklawowalna.	1
4.	Sonotroda tytanowa S26d14, ø 14 mm, (154 mm <sup>2</sup> ) dł. 80 mm, objętość próbki 50...1000 ml, autoklawowalna.	1

Termin realizacji zamówienia – do 31.12.2019r.

Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Okres gwarancji – min. 24 miesiące

2. Opis warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

cena - waga 100%

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

4. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:

- 1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
- 2) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla danej firmy. W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa.
- 3) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2019r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) na adres:

**Politechnika Białostocka, Dział Aparatury i Zakupów, 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 6, pok. 8 z dopiskiem: „Oferta dotyczy zapytania nr: ZK-DA-262\_342-2019**

- 4) Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po terminie wskazanym, nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
  - 5) Oferta powinna zawierać ceny jednostkowe wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  - 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  - 7) Termin związania ofertą – 30 dni od daty otwarcia ofert.
5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
- 1) Formularz Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
  - 2) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Oferta została podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy.
  - 3) Oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg wzoru w ramach formularza Oferty
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- 1) zmiany terminu składania ofert
  - 2) odpowiedzi na pytania Wykonawców
  - 3) zmiany treści Zapytania ofertowego
  - 4) poprawienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w ofercie;
  - 5) wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty;
  - 6) unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

Zapytanie ofertowe nr ZK-DA-262\_342-2019

**7. Rozstrzygnięcie postępowania:**

- 1) Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po otwarciu ofert.
- 2) Protokół z wyboru Wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**8. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

**9. Osoby do kontaktu:**

inż. Mariusz Seroka – tel. 85 746 90 31, mail: [aparatura@pb.edu.pl](mailto:aparatura@pb.edu.pl)

**10. Załączniki**

Integralną część Zapytania ofertowego stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór formularza Oferty

Załącznik nr 2 - Klauzula RODO

KIEROWNIK  
KATEDRY TECHNOLOGII W INŻYNIERII ŚRODOWISKA  
Instytutu Inżynierii Środowiska i Energetyki  
Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku  
Politechniki Białostockiej

*prof. dr hab. inż. Józefa Wiater*

.....  
Data i podpis Wnioskodawcy/  
kierownika jednostki realizującej zamówienie

Zawierza  
DIREKTOR  
INSTYTUTU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI  
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I NAUK O ŚRODOWISKU  
Politechniki Białostockiej

*dr hab. inż. Izabela Bartkowska, prof. PB*

.....  
Data i podpis dysponenta środków  
(zgodnie z § 8 ust. 4 zarządzenia)

**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

**Zamawiający:**

Politechnika Białostocka  
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, <https://www.pb.edu.pl> (dalej Uczelnia).
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [iod@pb.edu.pl](mailto:iod@pb.edu.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:**
  - a) w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  - b) w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - a) sprostowania danych,
  - b) usunięcia danych,
  - c) ograniczenia przetwarzania danych,
  - d) przenoszenia danych,
  - e) **wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,**
  - f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Ponadto Wykonawca winien w imieniu i na rzecz Administratora wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu (Administratorowi), chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.