

strona internetowa Zamawiającego

dotyczy: zapytania ofertowego na *Dostawę odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych.*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zgłoszone pytania:

**Pytanie 1 dot. cz. I poz. 3:**

Czy Zamawiający wymaga pipet Pasteura szklanych czy PP?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wymaga pipetek szklanych.

**Pytanie 2 dot. cz. III poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga pipet Pasteura szklanych czy PP?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający wymaga pipetek szklanych.

**Pytanie 3 dot. cz. III poz. 4:**

Proszę o informacje jakiego rodzaju płytki aluminiowe/szklane, o jakich wymiarach oraz z jakim pokryciem Zamawiający wymaga?

**Odpowiedź 3:**

Płytki aluminiowa o wymiarach 20x20cm, pokrycie żel krzemionkowy

**Pytanie 4 dot. cz. III poz. 1:**

Proszę o podanie pojemności dla pipety Pasteura.

**Odpowiedź 4:**

Pipeta Pasteura szklana min. 150mm.

**Pytanie 5 dot. cz. III poz. 4:**

Proszę o bardziej szczegółowy opis produktu bądź wskazanie nr katalogowego produktu referencyjnego.

**Odpowiedzi 5:**

Płytki aluminiowa o wymiarach 20x20cm, pokrycie żel krzemionkowy

Powyższe zapisy stanowią integralną część *Zapytania ofertowego* i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych PB  
mgr Andrzej Mierzyński